

**Kvalita vod – Stanovení *Clostridium perfringens* –
Metoda membránových filtrů****ČSN
EN ISO 14189
OPRAVA 1**

75 7865

Corrigendum

ČSN EN ISO 14189 (75 7865) Kvalita vod – Stanovení *Clostridium perfringens* – Metoda membránových filtrů z března 2017 se opravuje takto:

V národní předmluvě se článek „Souvisící ČSN“ opravuje na „Souvisící ČSN a dokumenty“ a doplňuje se v tomto znění:

„Informace SZÚ Praha – Národní referenční centrum (NRC) pro pitnou vodu – Informace ke stanovení ukazatele *Clostridium perfringens* (možnost confirmace kyselou fosfatázou) dostupná na: <https://szu.gov.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/zivotni-prostredi/kvalita-vody/laboratori-metodiky-a-vzorkovani/stanoveni-clostridium-perfringens/>“.

V národní předmluvě se článek „Upozornění na národní poznámky“ mění takto:

Do normy byly ke kapitolám 2, 4 a 11, k článku A.1.1 a k tabulce B.1 doplněny národní poznámky.

V kapitole 4 se k textu „Membránový filtr se kultivuje na selektivním/diferenciačním agaru (tryptózovém agaru se siřičitanem a cykloserinem) anaerobně při teplotě $(44 \pm 1)^\circ\text{C}$ po dobu (21 ± 3) h.“ doplňuje národní poznámka NP2) v tomto znění:

NP2) NÁRODNÍ POZNÁMKA Alternativně je možné využít TSC médium obsahující fluorogenní substrát MUP (4-methylumbelliferylphosphate), který umožňuje po (21 ± 3) h přímou confirmaci presumptivních kolonií na kyselou fosfatázu jejich vystavením UV při 366 nm (z postupu se vypouští kap. 8.6.1, pozitivní fosfatázový test podle kap. 8.6.2 je prokázán fluorescencí, složení a příprava kultivačního média se řídí doporučením výrobce). Vhodnost postupu s MUP byla ověřena Státním zdravotním ústavem Praha (viz Souvisící ČSN a dokumenty, Informace SZÚ Praha). Laboratoř provede verifikaci postupu včetně kontroly kvality kultivačního média TSC s MUP podle kap. 11.

Následující národní poznámky se adekvátně přečísloují.

Vypracování opravy normy

Technická normalizační komise: TNK 104 Kvalita vod

Vydala: [Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace](#)

Citované dokumenty a souvisící ČSN lze získat v [e-shopu](#) České agentury pro standardizaci, s. p. o.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu info@agenturacas.gov.cz.

ČSN EN ISO 14189 OPRAVA 1

522983



Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.
Rok vydání 2026, 2 strany
Cenová skupina 998